

UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 560 /SYT-KHTC

Kiên Giang, ngày 04 tháng 3 năm 2025

V/v ý kiến về cấu hình thiết bị mua
sắm theo Dự án ĐTXD Trung tâm
Y tế huyện Giang Thành

TRUNG TÂM Y TẾ GIANG THÀNH

Số: 424
ĐẾN Ngày: 04/03/2025

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Giang Thành

huyên:..... Sở Y tế nhận được Tờ trình số 2197/TTr-TTYT ngày 31/12/2024 của Trung
âm Y tế huyện Giang Thành về việc xin ý kiến Sở Y tế về Danh mục cấu hình
trang thiết bị y tế và trang thiết bị văn phòng sử dụng cho dự án xây dựng Trung
tâm Y tế huyện Giang Thành.

Căn cứ Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh một số nội dung thuộc Dự án đầu tư xây
dựng Trung tâm Y tế huyện Giang Thành.

Qua xem xét nội dung, Sở Y tế có ý kiến như sau:

- Về danh mục mua sắm: Danh mục thiết bị đã được phê duyệt theo dự án
nhưng đến thời điểm hiện nay, việc đề nghị mua sắm của đơn vị cũng cần lưu ý: Rà
soát lại danh mục đề xuất mua sắm so với Tiêu chuẩn, định mức hiện hành; thiết bị
chuyên dùng mua sắm sử dụng phải phù hợp với phân tuyến kỹ thuật hiện nay
(đảm bảo có nhân sự, đội ngũ cán bộ chuyên môn để khai thác sử dụng thiết bị hiệu
quả ngay sau khi đầu tư, tránh lưu kho chờ tuyển dụng hoặc đào tạo; thuận tiện
thanh toán được bảo hiểm y tế cho người bệnh).

Đối với các trang thiết bị chuyên dùng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh,
phòng mổ, hồi sức, cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn...) có hệ thống kỹ thuật liên
quan đến công tác xây dựng (phòng chùi, cấp điện, cấp thoát, nước phải âm tường,
âm nền...) cần xác định rõ nội dung toàn bộ công việc phụ trợ để phối hợp chủ đầu
tư chuẩn bị, tính toán trước.

Đối với thiết bị là giường bệnh: hiện nay giường bệnh Inox tại các Cơ sở
thu dung, điều trị Covid-19 tỉnh còn tồn đọng nhiều, Trung tâm Y tế huyện Giang
Thành cần xác định số lượng, loại giường theo nhu cầu báo cáo về Sở Y tế xem xét,
điều chuyển đưa vào sử dụng, hạn chế mua sắm nhằm tiết kiệm kinh phí nhà nước.

- Về cấu hình, thông số kỹ thuật: Trung tâm Y tế huyện Giang Thành xây
dựng cấu hình thiết bị chuyên dùng dựa trên tài liệu thông số kỹ thuật của 03 nhà
sản xuất, họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ thống nhất lựa chọn cấu hình cho
từng loại thiết bị là cơ bản phù hợp với nhu cầu chuyên môn, công khai, có chọn
lựa. Tuy nhiên, trước khi tổ chức mua sắm, đề nghị đơn vị phối hợp thêm với bên

mời thầu để xác định chính xác về mặt kỹ thuật, mục đích, nhu cầu chuyên môn của từng loại thiết bị nhằm xây dựng hồ sơ mời thầu có thông số kỹ thuật chung (không được định hướng cho 01 hãng sản xuất) mang tính cạnh tranh, công bằng.

Sở Y tế có ý kiến như trên để đơn vị lưu ý phối hợp với chủ đầu tư dự án thực hiện mua sắm đảm bảo hiệu quả, đúng theo các quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BQL dự án ĐTXD chuyên ngành;
- GD và các PGD SYT;
- Trang VPĐT;
- Lưu: VT, tttin.

GIÁM ĐỐC



Hồ Văn Dũng

PHIẾU GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN

Số: 560 / SYT - KHTC ngày, 04 tháng 03 năm 2025

1. Ý kiến của lãnh đạo cơ quan, tổ chức

- Giao đơn vị, cá nhân chủ trì;..... K. Dnh
- Giao các đơn vị, cá nhân tham gia phối hợp giải quyết văn bản đến (nếu có);

- Thời hạn giải quyết đối với mỗi đơn vị, cá nhân (nếu có);

- Ngày,..... tháng năm cho ý kiến phản phối, giải quyết

2. Ý kiến của lãnh đạo Khoa, Phòng

- Giao cho cá nhân; thời hạn giải quyết đối với cá nhân (nếu có);

- Ngày,.... tháng,..... năm cho ý kiến

3. Ý kiến đề xuất của người giải quyết.

- Ý kiến đề xuất giải quyết văn bản đến của cá nhân;

- Ngày,..... tháng,..... năm đề xuất ý kiến