

SỞ Y TẾ AN GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ GIANG THÀNH
Số: 73/TMCG-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Giang Thành, ngày 26 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Về việc báo giá máy phun khí dung

Kính gửi: Các công ty kinh doanh buôn bán vật tư.

Trung tâm y tế Giang Thành có xây dựng danh mục mua sắm máy phun khí dung. Kính mời quý công ty có đủ năng lực cung cấp hàng hóa theo danh mục đính kèm gửi báo giá về Trung tâm y tế Giang Thành (Chỉ nhận báo giá qua đường bưu điện và thông tin địa chỉ nơi gửi phải đầy đủ rõ ràng).

Yêu cầu báo giá:

- Đơn giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí vận chuyển giao hàng.
- Bảng chào giá phải được đại diện hợp pháp Công ty ký tên và đóng dấu. Báo giá phải ghi rõ ngày/tháng/năm và phải đóng dấu giáp lai (nếu trên 2 tờ giấy).
- Thời gian chào giá: bắt đầu 08h00 ngày 26/11/2025
- Thời gian kết thúc: lúc 08h00 ngày 04/12/2025
- Sau thời gian nêu trên chúng tôi sẽ không chấp nhận báo giá.

Địa chỉ nơi nhận: TRUNG TÂM Y TẾ GIANG THÀNH (DS.Hòa Phương – Khoa Dược VTTTBYT, KSNK) Ấp Giồng Kè, Xã Giang Thành, Tỉnh An Giang, điện thoại: 0297.3768010 – 3768015.

Trung tâm y tế Giang Thành rất mong nhận được sự quan tâm và Bảng chào giá của quý công ty. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang: <http://ttypgiangthanh.gov.vn>;
- Các Công ty báo giá;
- Lưu: VT, KDVT, TTTBYT, KSNK.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Liệt

DANH MỤC

(Đính kèm Thư mời chào số: 73/TMCG-TTVT ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Trung tâm y tế)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Ghi chú
01	Máy phun khí dung	Thông số kỹ thuật: - Loại: Máy xông nén khí - Điện: 220-240 V - Nguồn điện tiêu thụ: 220VA - Kích thước hạt: Khoảng 3 μm MMAD* - Dung tích cốc thuốc: tối đa 7 ml - Lượng thuốc thích hợp: Tối thiểu 2ml - tối đa 7 ml - Tốc độ phun: *Khoảng 0,4 ml/phút (theo trọng lượng hao hụt)	Cái	01		